

Výzva k podání nabídky (poptávkové řízení) veřejné zakázky malého rozsahu na nákup elektrických polohovacích lůžek pro potřeby obyvatel v zařízení Domov seniorů Hranice p.o.

(Vše dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

1. Identifikační údaje o zadavateli.

Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace, Jungmannova 1805, 753 01 Hranice,
IČO 70876541, zřizovatel Město Hranice, statutární zástupce Mgr. Simona Hašová
Další informace získáte na tel. 737 987 481, mail: zdravotni@domovsenioruhranice.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Nákup 10 kusů elektricky polohovatelných lůžek.

3. Cíl nabídky

Nákup 10 ks elektricky polohovatelných lůžek. Přesné specifikace požadovaných lůžek jsou uvedeny v příloze č. 1 – Technické specifikace. Záruka na lůžka je požadována v minimální délce 24 měsíců. Zadavatel požaduje, aby PBTk požadované výrobcem bylo jednou za 24 měsíců. Cena jednoho lůžka s příslušenstvím nesmí přesáhnout hodnotu 40.000,- Kč s DPH.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Termín podání nabídek: do 22. 8. 2022, 10:00

Místo podání: podatelna DS Hranice

adresa: Domov seniorů Hranice, p. o. Jungmannova 1805, 753 01 Hranice

5. Kvalifikační kritéria

Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo Živnostenský list (prostá kopie)

6. Zpracování nabídkové ceny

Cena s DPH za jeden kus postele, cena s DPH za celou dodávku.

7. Termín dodání služby:

Dodání zboží požadujeme nejpozději do 31.10.2022

V případě nedodržení termínu dodání se za každý den prodlení účtuje pokuta 0,05% z celkové nabídkové ceny. Ta bude následně dodavatelem odečtena jako sleva z konečné ceny.

8. Hodnotící kritéria

Cena v Kč s DPH (váha kritéria 100 %)

9. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude doručena v zalepené obálce, opatřená nápisem „SOUTĚŽ - LŮŽKA“. Nabídka bude opatřena krycím listem s identifikačními údaji uchazeče, s uvedením nabídkové ceny, ve skladbě, jak je výše požadováno a opatřena podpisem oprávněné osoby. Dále budou následovat požadované doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů (ŽL, výpis z OR) a další dle uvážení uchazeče, např. reference.

10. Další podmínky

Zadavatel vybere z předložených nabídek tu, která mu bude dle výše uvedených kritérií nejvíce vyhovovat. **Zadavatel si vyhrazuje právo objednání jiného počtu lůžek.** Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a poptávkové řízení zrušit.

11. Oznámení o výsledku poptávkového řízení

Oznámení o výsledku poptávkového řízení bude sděleno do tří dnů od uzavření podávání nabídek.

Příloha 1 – Technické specifikace

lůžko

- rozměry vnitřní 200 x 102 cm, tolerance 2 cm
- rozměry vnější 208 x 122 cm, tolerance 2 cm
- minimálně 200 kg nosnost lůžka
- dekor – dle výběru zadavatele a po komunikaci s architektem

ložná plocha

- 4 dílná ložná plocha
- lakovaný rám, kovové sítě oddělitelné od rámu
- mechanicky polohovatelný lýtkový díl pomocí rastru
- elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl, zádový díl dlouhý minimálně 80cm
- nepolohovatelný pánevní díl – pevný v konstrukci LP
- podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 11 cm
- podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 6 cm
- možnost libovolného prodloužení lůžka min. o 30 cm, jednou rukou u nožního dílu, například lankem s pojistkami

lankem s pojistkami

- elektricky nastavitelná výška ložné plochy
- dolní bezpečnostní úvrať max. 27 cm
- automatická, střední mobilizační poloha - úvrať 42 cm
- horní ošetřovatelská úvrať min. 82 cm

postranice

- v polovině dělené
- spustitelné s výsuvným systémem, s pojistkou proti nechtěnému spuštění
- postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka z důvodu umístění stolku vedle lůžka

4 výškové pozice postranic

- nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 40 cm nad ložnou plochou čela lůžka

pevná z lamina, přírodní světlé dřevo – dekor BUK

- čela lůžka dřevěná, madlo dřevěný masiv - provedení rovné, čtyřhranný profil madla podvozek bez střední tyče, spojující podvozek nad zemí - důvod je podjezdnost všech zvedáků

4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 125 mm / maximálně 150 mm

- centrální brzdění pedálem v nožní části, možno doplněné elektronickou brzdou
- lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici
- pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici

podvozek musí být opatřen systémem nouzového odblokování všech dílů ložné plochy ovladač lůžka s háčkem na pověšení, opatřený zámkem s kombinací tlačítek

- opatřen snímačem pohybu a řízeným podsvícením
- nastavení výšky, opěry zad, opěry steh, automatická poloha kontury těla, polohy
- možnost ovládat ovladačem integrovanou lampičku na čtení
- umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně)
- předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo“
- předprogramovaná poloha „Obrys těla – poloha houpací síť – nohy nad pánví“
- zámek ovladače kombinací 2 tlačítek, ne magnet, ne jiný systém

hrazda

- lakovaná, nosnost min. 75 kg
- rukojeť plastová s výškově nastavitelným řemenem