

Výzva k podání nabídky (poptávkové řízení) veřejné zakázky malého rozsahu na nákup elektrických polohovacích lůžek pro potřeby obyvatel v zařízení Domov seniorů Hranice p.o.

(Vše dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

1. Identifikační údaje o zadavateli.

Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace, Jungmannova 1805, 753 01 Hranice, IČO 70876541, zřizovatel Město Hranice, statutární zástupce Mgr. Simona Hašová
Další informace získáte na tel. 737 987 481, mail: zdravotni@domovsenioruhranice.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Nákup 13 kusů elektricky polohovatelných lůžek.

3. Cíl nabídky

Nákup 13 ks elektricky polohovatelných lůžek. Přesné specifikace požadovaných lůžek jsou uvedeny v příloze č. 1 – Technické specifikace. Záruka na lůžka je požadována v minimální délce 24 měsíců. Zadavatel požaduje, aby PBTk požadované výrobcem bylo jednou za 24 měsíců. Cena jednoho lůžka s příslušenstvím nesmí přesáhnout hodnotu 40.000,- Kč s DPH.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Termín podání nabídek: do 16. 10. 2023, 10:00

Místo podání: podatelna DS Hranice

adresa: Domov seniorů Hranice, p. o. Jungmannova 1805, 753 01 Hranice

5. Kvalifikační kritéria

Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo Živnostenský list (prostá kopie)

6. Zpracování nabídkové ceny

Cena s DPH za jeden kus lůžka, cena s DPH za celou dodávku. Cena obsahuje dodání a instalaci.

7. Termín dodání služby:

Dodání zboží požadujeme nejpozději do 15.12.2023

V případě nedodržení termínu dodání se za každý den prodlení účtuje pokuta 0,05% z celkové nabídkové ceny. Ta bude následně dodavatelem odečtena jako sleva z konečné ceny.

8. Hodnotící kritéria

Cena v Kč s DPH (váha kritéria 100 %)

9. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude doručena v zalepené obálce, opatřená nápisem „SOUTĚŽ - LŮŽKA“. Nabídka bude opatřena krycím listem s identifikačními údaji uchazeče, s uvedením nabídkové ceny, ve skladbě, jak je výše požadováno a opatřena podpisem oprávněné osoby. Dále budou následovat požadované doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů (ŽL, výpis z OR) a další dle uvážení uchazeče, např. reference.

10. Další podmínky

Zadavatel vybere z předložených nabídek tu, která mu bude dle výše uvedených kritérií nejvíce vyhovovat. **Zadavatel si vyhrazuje právo objednání jiného počtu lůžek.** Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a poptávkové řízení zrušit.

11. Oznámení o výsledku poptávkového řízení

Oznámení o výsledku poptávkového řízení bude sděleno do tří pracovních dnů od uzavření VŘ.

Příloha 1 – Technické specifikace

PODVOZEK

Materiál hlavové části, patky - potažen melaminem, dřevotřísková deska

Kolečka 4 x 100 mm

Centrální brzdový systém - ovládání celého lůžka na jednom kolečku

Světlost podvozku 15 cm

ROZMĚRY

- Délka 205 cm

- Šířka 100 cm

4 dílná ložná plocha z kovových lamel pro

matrace šíře 87 – 90 cm, délka 200 cm

Zádová díl je minimálně 84 cm

Rám lůžka je vybaven 4 kovovými úchyty proti skluzu matrace při polohování

Součástí lůžka je hrazda s rukojetí

FUNKCE LŮŽKA

Výškové nastavení 25 – 80cm

Nastavení opěradla 70° +/- 5°

Nastavení stehenní opěrky 30° +/- 5°

Nastavení lýtkové části – ručně

Ergoframe celkem 16 cm - odstupňování dílů ložné plochy v oblasti pánve

OVLADAČ

Lůžko ovládané ergonomicky tvarovaným dálkovým ovladačem na kabelu s rezidentním a ošetřovatelským režimem.

Funkce ošetřovatelského režimu zajištěny 3 sekundami aktivací a zamykací mechanismus, aby se zabránilo nežádoucímu polohování.

Nastavení lůžka pomocí dálkového ovladače

- Nastavení opěradla
- Nastavení stehenní opěrky
- Úprava automatického obrysu
- Výškové nastavení
- Pohodlné sezení / poloha křesla
- Poloha Semi Fowler
- 0-Position (elektrická KPR)

- Trendelenburg pozice

Komfortní funkce - stisknutím pouze 1 tlačítka tyto funkce

- komfortní křeslo
- automatická profylaxe

POSTRANICE

Postel vybavena průběžnými 2dílnými bočními zábranami

2 výškové úrovně průběžných bočních zábran.

Splňuje bezpečnostní normu EN 60601-2-52.

Výška průběžných bočních lišt je 38 cm nad

Bezpečná pracovní zátěž min. 205 kg

2 držáky příslušenství v hlavové části pro instalaci

ELEKTRICKÉ ZABEZPEČENÍ

Stočený originální kabel EPR s ochranou proti zalomení se šroubovým a pružným kabelem

Háček pro bezpečné uložení při přepravě postele

Primární a sekundární pojistka, tepelná pojistka a termospínač

Se systémem automatického řízení – odolnost vůči jediné chybě,

samokontrolní pohonný systém

Krytí lůžka: IPx4

NUTNÝ CERTIFIKÁT

Prohlášení o shodě

Soulad s MDR 2017/745

Shoda s IEC 60601-2-52 schválená an

nezávislá certifikační společnost (např. TÜV)

Certifikát ISO 9001:2015

Certifikát ISO 13485:2016

Záruka - 24 měsíců