

Výzva k podání nabídky (poptávkové řízení) veřejné zakázky malého rozsahu na nákup elektrických polohovacích lůžek, matrací pro potřeby obyvatel v zařízení Domov seniorů Hranice p.o.

(Vše dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

1. Identifikační údaje o zadavateli.

Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace, Jungmannova 1805, 753 01 Hranice, IČO 70876541, zřizovatel Město Hranice, statutární zástupce Mgr. Simona Hašová
Další informace získáte na tel. 737 987 481, mail: zdravotni@domovsenioruhranice.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Nákup elektricky polohovatelných lůžek, hrazdy s rukojetí, aktivních antidekubitních matrací s kompresorem

3. Cíl nabídky

Nákup 10ks elektricky polohovatelných lůžek, 10ks hrazdy s rukojetí a 10ks aktivních antidekubitních matrací s kompresorem. Přesné specifikace požadovaných lůžek jsou uvedeny v příloze č. 1 – Technické specifikace. Záruka na lůžka je požadována v minimální délce 24 měsíců. Zadavatel požaduje, aby PBTk požadované výrobcem bylo jednou za 24 měsíců. Cena jednoho lůžka nesmí přesáhnout hodnotu 40.000,- Kč s DPH.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Termín podání nabídek: do 21. 9. 2022, 10:00

Místo podání: podatelna DS Hranice

adresa: Domov seniorů Hranice, p. o. Jungmannova 1805, 753 01 Hranice

5. Kvalifikační kritéria

Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo Živnostenský list (prostá kopie)

6. Zpracování nabídkové ceny

- cena s DPH za jeden kus lůžka
- cena s DPH za jeden kus hrazdy s rukojetí
- cena s DPH za jeden kus hrazdy antidekubitní aktivní matrace s kompresorem
- cena s DPH za celou dodávku

7. Termín dodání služby:

Dodání zboží požadujeme nejpozději do 30.11.2022

V případě nedodržení termínu dodání se za každý den prodlení účtuje pokuta 0,05% z celkové nabídkové ceny. Ta bude následně dodavatelem odečtena jako sleva z konečné ceny.

8. Hodnotící kritéria

Cena v Kč s DPH (váha kritéria 100 %)

9. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude doručena v zalepené obálce, opatřená nápisem „SOUTĚŽ - LŮŽKA“. Nabídka bude opatřena krycím listem s identifikačními údaji uchazeče, s uvedením nabídkové ceny, ve skladbě, jak je výše požadováno a opatřena podpisem oprávněné osoby. Dále budou následovat požadované doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů (ŽL, výpis z OR) a další dle uvážení uchazeče, např. reference.

10. Další podmínky

Zadavatel vybere z předložených nabídek tu, která mu bude dle výše uvedených kritérií nejvíce vyhovovat. **Zadavatel si vyhrazuje právo objednání jiného počtu lůžek.** Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a poptávkové řízení zrušit.

11. Oznámení o výsledku poptávkového řízení

Oznámení o výsledku poptávkového řízení bude sděleno do tří dnů od uzavření podávání nabídek.

Příloha 1 – Technické specifikace

lůžko

- rozměry vnitřní 200 x 88 cm, tolerance 2 cm
 - rozměry vnější 208 x 116 cm, tolerance 2 cm
 - minimálně 200 kg nosnost lůžka
 - dekor – dle výběru zadavatele a po komunikaci před objednávkou
- ložná plocha
- 4 dílná ložná plocha
 - lakovaný rám, kovové sítě oddělitelné od rámu
 - mechanicky polohovatelný lýtkový díl pomocí rastru
 - elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl, zádový díl dlouhý minimálně 80cm
 - nepolohovatelný pánevní díl – pevný v konstrukci LP
 - podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 11 cm
 - podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 6 cm
 - možnost libovolného prodloužení lůžka min. o 30 cm, jednou rukou u nožního dílu, například lankem s pojistkami
 - elektricky nastavitelná výška ložné plochy
 - dolní bezpečnostní úvrať max. 25 cm
 - automatická, střední mobilizační poloha - úvrať 42 cm
 - horní ošetřovatelská úvrať min. 80 cm
- postranice
- v polovině dělené
 - spustitelné s výsuvným systémem, s pojistkou proti nechtěnému spuštění
 - postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka z důvodu umístění stolku vedle lůžka
 - 4 výškové pozice postranic
 - nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 40 cm nad ložnou plochou čela lůžka
 - pevná z lamina, přírodní světlé dřevo
 - čela lůžka dřevěná, madlo dřevěný masiv - provedení rovné, čtyřhranný profil madla podvozek bez střední tyče, spojující podvozek nad zemí - důvod je podjezdnost všech zvedáků
 - 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 50 mm / maximálně 75 mm
 - centrální brždění pedálem v nožní části, možno doplněné elektronickou brzdou
 - lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici
 - pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici
 - podvozek musí být opatřen systémem nouzového odblokování všech dílů ložné plochy
- ovladač lůžka s háčkem na pověšení, opatřený zámkem s kombinací tlačítek
- opatřen snímačem pohybu a řízeným podsvícením
 - nastavení výšky, opěry zad, opěry steh, automatická poloha kontury těla, polohy
 - možnost ovládat ovladačem integrovanou lampičku na čtení
 - umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně)
 - předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo“
 - předprogramovaná poloha „Obrys těla – poloha houpací síť – nohy nad pánví“
 - zámek ovladače kombinací 2 tlačítek, ne magnet, ne jiný systém

hrazda

- lakovaná, nosnost min. 75 kg
- rukojeť plastová s výškově nastavitelným řemenem

antidekubitní aktivní matrace s kompresorem

- rozměry vnitřní 200 x 88 cm, tolerance 2 cm
- nosnost min. 160 kg
- rozměry matrace dle velikosti lůžka, šířka 86–100 x délka 200
- kompresor, opatřený piktogramy s popisem stran – trvalý tisk, nesmazatelný dezinfekcí Matrace:
- výška matrace maximálně 16 cm
- matrace samonosná (bez nutnosti použití původní matrace)
- 2 celový systém
- individuální cely se systémem samouzavíratelných ventilů
- možnost vyjmutí a odpojení až 2 cel v místě rizikové zóny (nulový tlak) bez vlivu na fungování celé matrace
- automatická ochrana matrace při poloze v sedě – zvětšení tlaku v místě největšího tlaku klienta při sezení
- cely v místě trupu s možností mikroklima – řízené propouštění vzduchu
- možnost rychlého vypuštění matrace – CPR
- funkce transportní mód – statický tlak po 8 hodin bez použití elektrické sítě Potah:
- paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace Kompresor:
- intuitivní s piktogramy funkcí a s dotykovým ovládáním
- bezpečnostní tlačítko zamčení funkcí
- automatické nastavení tlaku matrace s možností manuálního nastavení
- možnost nastavení cyklu výměny vzduchu v periodách 10/15/20/25 minut
- manuální nastavení tlaku – alternující, maximální a statický
- na kompresor možnost napojení sedáku